

Brzeg, 08.02.2017

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu  
ul. Ofiar Katynia 25  
49-300 Brzeg

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania w sprawie Doposażenia pracowni Protetyka Słuchu w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Znak Postępowania: ZSM/PN/2/2017.

**Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ i Załącznika 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

1. Czy Zamawiający może określić co rozumie przez parametr „Ściany wykonane z ognioodpornego materiału”?

**AD 1. Przez ognioodporny materiał Zamawiający rozumie materiał niepalny – nie powodujący rozgorzenia ognia.**

2. Czy Zamawiający może określić kryterium wartości ognioodporności lub klasyfikacji reakcji na ogień, które powinien spełniać materiał ściany?

**AD 2. Zamawiający dopuszcza materiały ściany o klasie podstawowej reakcji na ogień A1, A2 i B.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kabinę o wymiarach zewnętrznych 710x981x1943 mm?

**AD 3. Zamawiający nie wyraża zgody. Minimalne wymiary zewnętrzne kabiny muszą wynosić 90x90x200 cm.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kabiny audiometrycznej, w której ściany wykonane będą z materiału niepalnego, tzn. z materiału nie powodującego rozgorzenia ognia,

odpornego na zarysowania, dodatkowo ściany wewnętrzne będą pokryte materiałem dźwiękochłonnym tzn. gąbką zabezpieczoną łatwo zmywalną sztuczną skórą?

**AD 4. Zamawiający wyraża zgodę na takie wykonanie ściany kabiny.**

5. Czy Zamawiający dopuści otoskop z oświetleniem LED, zasilany na baterie, z obrotową lupą z powiększeniem 3-krotnym?

**AD 5. Zamawiający wyraża zgodę na taki otoskop.**

6. Czy Zamawiający dopuści wysyłkę otoskopów firmą kurierską wraz ze wszystkimi dokumentami potrzebnymi do dokonania odbioru?

**AD 6. Zamawiający wyraża zgodę na takie dostarczenie otoskopów.**

Dyrektor szkoły

Marta Polanowska